



| DATI TECNICI | |
|-------------------------------|---|
| CAMPO DI LAVORO | 0-4 bar / 0-58 psi |
| CASSA | ABS NERO |
| TRASPARENTE | POLISTIROLO CRISTAL |
| QUADRANTE | PLASTICA FONDO BIANCO SCALA bar NERA psi ROSSA |
| INDICE | NYLON NERO |
| TEMP.MAX.SOPPORTATA DAL CORPO | 70°C |
| CLASSE | 2,5 |
| TARATURA | 2 bar ± 2%f.s. |
| CONTROLLO | 1 bar ± 3%f.s. / 3 bar ± 3%f.s. |

| | | | | | |
|--------|----------|---|--------|-----------|-----------|
| 1 | 21/06/05 | Variato aspetto del manometro da SV a SCT | A | <i>g2</i> | <i>AS</i> |
| INDICE | DATA | CAUSA DELLA MODIFICA | INDICE | DISEGN. | APPROV. |

| | | | |
|---|--------------|--|---|
| MATERIALE: | TRATTAMENTO: | DISEGNATO: <i>FC</i> | APPROVATO: <i>g2</i> |
| MANOMETRO $\phi 40$ POSTERIORE SCT SCT 1/8" Gc. 4 bar/psi "CEWAL" | | DIS. N° 91447211 | 1 |
| | | SCALA 1:1 | DATA: 20/03/98 |
| | | <small>TOLLERANZE GENERALI</small> Lavorati Angoli $\pm 30^\circ$ Quote 0-18 ± 0.15 18-80 ± 0.25 >80 ± 0.4 | <small>Stampati Angoli $\pm 2^\circ$ Spessore $\pm 10\%$ Lunghezza o ϕ 0.5%</small> |
| <small>30010 CAMPONOGARA (VENEZIA) via Gramsci N°48, tel.041/462155 telefax.041/4174282</small> | | <small>xxx = QUOTE CRITICHE DA TENERE SOTTO CONTROLLO DURANTE LA PRODUZIONE xx = QUOTE IMPORTANTI</small> | <small>Proprietà riservata a termini di legge. Questo disegno non può essere ceduto a terzi senza la ns preventiva autorizzazione.</small> |