



DATI TECNICI	
CAMPO DI LAVORO	0-6 bar / 0-86 psi
CASSA	ABS NERO
TRASPARENTE	POLISTIROLO CRISTAL
QUADRANTE	PLASTICA FONDO BIANCO SCALA bar NERA psi ROSSA
INDICE	NYLON NERO
TEMP.MAX.SOPPORTATA DAL CORPO	70°C
CLASSE	2,5
TARATURA	3 bar ± 2%f.s.
CONTROLLO	1 bar ± 3%f.s. / 5 bar ± 3%f.s.

1	21/06/05	Variato aspetto del manometro da SV a SCT	A	<i>Gd</i>	<i>AS</i>
INDICE	DATA	CAUSA DELLA MODIFICA	INDICE	DISEGN.	APPROV.

MATERIALE:	TRATTAMENTO:	DISEGNATO: <i>FC</i>	APPROVATO: <i>Gi</i>
MANOMETRO $\phi 40$ POSTERIORE SCT SCT 1/8" Gc. 6 bar/psi "CEWAL"		DIS. N° 91447311	1
		SCALA 1:1	DATA: 20/03/98
CEWAL S.p.A. 30010 CAMPONOGARA (VENEZIA) via Gramsci N°48, tel.041/462155 telefax.041/4174282		TOLLERANZE GENERALI Lavorati Angoli $\pm 30^\circ$ Quote 0-18 ± 0.15 18-80 ± 0.25 >80 ± 0.4	Stampati Angoli $\pm 2^\circ$ Spessore $\pm 10\%$ Lunghezza o ϕ 0.5%
		XXX = QUOTE CRITICHE DA TENERE SOTTO CONTROLLO DURANTE LA PRODUZIONE XX = QUOTE IMPORTANTI	Proprietà riservata a termini di legge. Questo disegno non può essere ceduto a terzi senza la ns preventiva autorizzazione.